

經濟部水利署南區水資源局驗收紀錄 (更新版)

1萬元以上，10萬元以下勞務及財物小額採購適用

■全部/□部分

日期：112年1月18日

地點：曾文水庫管理中心及大壩

採購標的名稱	111年度曾文水庫綜合氣象儀器 檢驗維護工作	廠商名稱	日進環境科技有限公司	
標的內容及數量摘要	110年度曾文水庫綜合氣象儀器檢驗維護工作 相關成果	驗收批次	全	
採購金額	新臺幣玖萬玖仟伍佰元整			
驗收合格日期	112年1月18日	履約有無逾期	無	
契約變更或加減價金額	無			
應付金額	新臺幣玖萬玖仟伍佰元整			
<p>[驗收經過]：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審閱年度檢查維護綜合報告書，報告內容符合契約規定且由採購單位核定在案（核定文號1123000116）。 2. 經現場驗收，除曾文氣象站蒸發感應電位計及日照計故障尚未修復外，其餘儀器功能正常。 3. 審視112年1月17日氣象主機資料接收情形，除因蒸發感應電位計及日照計故障尚未修復，導致蒸發資料及日照資料異常外，其餘資料接收皆正常。 4. 檢附現場驗收相片1份。 5. 同意驗收合格。 <p style="text-align: center;">〈以下空白〉</p>				
<p style="text-align: center;">廠商代表 <small>(視需要請廠商代表到場)</small></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">周啟宏</p>	<p style="text-align: center;">簽辦人員</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">周啟宏</p> <p style="text-align: center;">112.1.18.</p>	<p style="text-align: center;">驗收人員</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">蕭元德</p> <p style="text-align: center;">112.01.18</p>		

111 年度曾文水庫綜合氣象儀器檢驗維護工作

驗收照片

2023 年 1 月 18 日曾管中心以及大壩氣象站查驗。

管理中心氣象資料接收檢查



管理中心儀器檢查



大壩氣象資料接收檢查



大壩儀器檢查



Agrometeorological Data

Station: TSENG Date: 2023 01/17

Time	Air Temp °C	Air Temp °C max	Air Temp °C min	Dew Point °C	RH%	Precip. (HA) mm	Precip. (DA) mm	Precip. (DA) 9H mm	Wind Speed mean	Wind Speed max	Wind Direc max	SUN(H) h	SUN(D) h	Solar Rad(H) MJ/m2	Solar Rad(D) MJ/m2	Evap (H) mm	Evap (D) mm	Press hPa
01:00	14.6	15.2	13.7	14.4	98.6	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	S	1.0	1.0	0.00	0.00	0.0	0.0	1005.3
02:00	14.5	14.9	13.5	14.3	98.6	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	SSW	1.0	2.0	0.00	0.00	0.1	0.1	1004.9
03:00	13.5	14.6	12.2	13.3	98.5	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	ESE	1.0	3.0	0.00	0.00	0.0	0.1	1004.7
04:00	12.7	13.5	11.4	12.4	98.5	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	ESE	1.0	4.0	0.00	0.00	0.0	0.1	1004.4
05:00	12.9	13.6	11.7	12.6	98.5	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	ESE	1.0	5.0	0.00	0.00	0.0	0.1	1004.1
06:00	13.7	14.2	12.5	13.4	98.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	S	1.0	6.0	0.00	0.00	0.0	0.1	1004.8
07:00	13.9	14.4	13.0	13.7	98.5	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	SSE	1.0	7.0	0.00	0.00	0.0	0.1	1005.4
08:00	14.4	15.2	13.2	14.2	98.6	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	SSW	1.0	8.0	0.15	0.15	0.0	0.1	1005.6
09:00	15.4	17.0	14.0	15.2	98.7	0.0	0.0	0.0	1.1	2.4	SSW	1.0	9.0	0.64	0.79	0.0	0.1	1005.7
10:00	18.3	19.9	15.8	17.6	95.3	0.0	0.0	0.0	1.3	3.6	SSW	1.0	10.0	0.83	1.62	0.0	0.1	1005.5
11:00	20.5	22.0	18.3	17.0	80.6	0.0	0.0	0.0	1.9	4.0	SSW	1.0	11.0	2.22	3.84	0.0	0.1	1004.9
12:00	21.9	23.6	20.0	16.8	72.9	0.0	0.0	0.0	1.8	4.1	SSW	1.0	12.0	2.50	6.34	0.0	0.1	1003.8
13:00	23.7	25.6	21.4	16.2	62.9	0.0	0.0	0.0	1.8	7.9	NNW	1.0	13.0	2.50	8.84	0.0	0.1	1002.5
14:00	23.3	24.6	21.5	15.9	63.4	0.0	0.0	0.0	2.9	8.8	N	1.0	14.0	2.07	10.91	0.1	0.2	1001.5

