

旭日衡器廠檢定記錄表

標準檢驗局核準標度字第 01068 號製造廠
CNLA 校正/測試領域實驗室負責人合格登錄
台北服務處電話：02-24958299

廠址：宜蘭市梅洲二路 30 號
電話：03-9288956
傳真：03-9288950
編號：2024030004-2
檢定日期：113 年 3 月 04 日

檢定申請者：金漢鑫營造廠股份有限公司
檢定地點：宜蘭縣蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼土石採售分離
儀器名稱：60 噸固定地秤 最大稱量：60000kg
檢定標準分度值(e)：10kg 器號：1120501 廠牌：旭日

實際值	器示值	誤差值(+、-)
-----	-----	----------

放置砝碼校正 10 噸

10000kg	10000kg	+0kg
---------	---------	------

檢驗 10% 秤量

1000kg 標準砝碼 六顆重量

6000kg	6000kg	+0kg
--------	--------	------

檢定 40% 秤量 含以上

標準砝碼車 (空車標準重量) 上磅 12010kg

1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

3t 小貨車 3200kg

標準值 25210kg	實際值 25210kg	+0kg
-------------	-------------	------

檢定 60% 秤量 含以上

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪空車 15420kg

標準值 37430kg	實際值 36430kg	+0kg
-------------	-------------	------

檢定 100% 秤量

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪車裝料 重量 38200kg

標準值 60210kg	實際值:60220kg	+10kg
-------------	-------------	-------

校正物件

標準砝碼車重量 22010 kg (含砝碼)

標準砝碼車重量 12010 kg (未含砝碼)


1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

十輪空車： 15420kg

3t 小貨車： 3200kg

十輪車裝料： 38200kg

會檢記錄人員：旭日衡器廠 李冠霖



旭日衡器廠檢定記錄表

標準檢驗局核准標度字第 01068 號製造廠
CNLA 校正/測試領域實驗室負責人合格登錄
台北服務處電話：02-24958299

廠址：宜蘭市梅洲二路 30 號
電話：03-9288956
傳真：03-9288950
編號：2024030004-1
檢定日期：113 年 3 月 04 日

檢定申請者：金漢鑫營造廠股份有限公司
檢定地點：宜蘭縣蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼土石採售分離
儀器名稱：60 噸固定地秤 最大稱量：60000kg
檢定標準分度值(e)：10kg 器號：1120502 廠牌：旭日

實際值	器示值	誤差值(+、-)
-----	-----	----------

放置砝碼校正 10 噸

10000kg	10000kg	+0kg
---------	---------	------

檢驗 10% 秤量

1000kg 標準砝碼 六顆重量

6000kg	6000kg	+0kg
--------	--------	------

檢定 40% 秤量 含以上

標準砝碼車 (空車標準重量) 上磅 12010kg

1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

3t 小貨車 3200kg

標準值 25210kg	實際值 25210kg	+0kg
-------------	-------------	------

檢定 60% 秤量 含以上

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪空車 15420kg

標準值 37430kg	實際值 36440kg	+10kg
-------------	-------------	-------

檢定 100% 秤量

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪車裝料 重量 38200kg

標準值 60210kg	實際值:60220kg	+10kg
-------------	-------------	-------

校正物件

標準砝碼車重量 22010 kg (含砝碼)

標準砝碼車重量 12010 kg (未含砝碼)

1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

十輪空車： 15420kg

3t 小貨車： 3200kg

十輪車裝料： 38200kg

會檢記錄人員：旭日衡器廠 李冠霖



旭日衡器廠檢定記錄表

標準檢驗局核準標度字第 01068 號製造廠
CNLA 校正/測試領域實驗室負責人合格登錄
台北服務處電話：02-24958299

廠址：宜蘭市梅洲二路 30 號
電話：03-9288956
傳真：03-9288950
編號：2024030004-1
檢定日期：113 年 3 月 04 日

檢定申請者：金漢鑫營造廠股份有限公司
檢定地點：宜蘭縣蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼土石採售分離
儀器名稱：60 噸固定地秤 最大稱量：60000kg
檢定標準分度值(e)：10kg 器號：FTNW03218 廠牌：旭日

實際值	器示值	誤差值(+,-)
-----	-----	----------

放置砝碼校正 10 噸

10000kg	10000kg	+0kg
---------	---------	------

檢驗 10% 秤量

1000kg 標準砝碼 六顆重量

6000kg	6000kg	+0kg
--------	--------	------

檢定 40% 秤量 含以上

標準砝碼車 (空車標準重量) 上磅 12010kg

1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

3t 小貨車 3200kg

標準值 25210kg	實際值 25210kg	+0kg
-------------	-------------	------

檢定 60% 秤量 含以上

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪空車 15420kg

標準值 37430kg	實際值 36440kg	+10kg
-------------	-------------	-------

檢定 100% 秤量

標準砝碼車上(含砝碼重量)上磅 22010kg

十輪車裝料 重量 38200kg

標準值 60210kg	實際值:60220kg	+10kg
-------------	-------------	-------

校正物件

標準砝碼車重量 22010 kg (含砝碼)

標準砝碼車重量 12010 kg (未含砝碼)


1000kg 標準砝碼 十顆重量 10000kg

十輪空車： 15420kg

3t 小貨車： 3200kg

十輪車裝料： 38200kg

會檢記錄人員：旭日衡器廠 李冠霖



工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	檢測項目	第八次自主檢測報告
檢測地點	疏濬區 0K+975~1K+375、1K+475~1K+775	檢測日期	113/03/24
		照片說明	第九次自主檢測報告 檢測中
		照片說明	第九次自主檢測報告 檢測中
		照片說明	第九次自主檢測報告 檢測中
		照片說明	第九次自主檢測報告 檢測中